MIS Rod Holder 2/ MIS Rod Holder flex

komplett

Einzelteile

Zusammenbau des Instruments

Anwender-Info



Die Verriegelungsschraube darf nur von der in der Abbildung gezeigten Seite in das Instrument eingeschraubt werden! Die Funktion kann sonst nicht gewährleistet werden.